

| LOTTO 9: SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 95-105 E CARICATORE | | | | | | | |
|--|-----------|--|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|-------------|
| PARAMETRO DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO TECNICO SUBCRITERI | PUNTEGGI TECNICI ATTRIBUITI AI CONCORRENTI: | | | |
| | | | | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | INNOVAMEDICA S.P.A. | EUROCLONE S.P.A. | SEDA S.P.A. |
| 1. Ergonomia | 4 | 1A. Il punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia intesa come migliore adattabilità dello strumento all'operatore, miglior equilibrio tra peso e robustezza e la qualità dell'impugnatura intesa come minor scivolamento. | 4 | 4 | 0 | 2,6 | 1,68 |
| 2. Maneggevolezza nell'introduzione, praticità nel posizionamento e nell'uso | 17 | 2A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di introduzione e di assemblaggio dello strumento. | 10 | 10 | 6,2 | 1,5 | 8,3 |
| | | 2B. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di inserimento e sostituzione del caricatore. | 7 | 7 | 0,56 | 4,41 | 4,69 |
| 3. Maneggevolezza nell'esecuzione della sutura, sezione e nell'estrazione | 20 | 3A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di attivazione del meccanismo di sutura e sezione. | 10 | 10 | 0,3 | 5,6 | 1,3 |
| | | 3B. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di apertura delle branche ed estrazione e le dimensioni ridotte degli orifizi di introduzione. | 10 | 10 | 0 | 2,2 | 7,8 |

| | | | | | | | |
|--|----|---|----|----|---------------|---------------|---------------|
| 4. Verifica visiva dell'esito della sutura e sezione | 27 | 4A. Il punteggio sarà attribuito valutando il corretto allineamento (punti equidistanti) e la regolarità nella chiusura dei punti (corretta chiusura delle agrafes) con valutazione opzionale su banco. | 10 | 10 | 3,1 | 3,5 | 0,1 |
| | | 4B. Il punteggio sarà attribuito valutando la qualità del taglio intesa come integrità della linea di sezione. | 7 | 7 | 2,45 | 0,21 | 5,25 |
| | | 4C. Il punteggio sarà attribuito valutando l'adeguatezza dell'emostasi intesa come minore entità di sanguinamento. | 10 | 10 | 4,1 | 4,1 | 0,4 |
| 5. Confezionamento primario | 2 | 5A. Il punteggio sarà attribuito valutando la robustezza e la struttura degli involucri, la facilità di apertura, e il sistema anti caduta accidentale. | 2 | 2 | 0 | 1,48 | 1,48 |
| | | TOTALE PUNTEGGI TECNICI | | 70 | 16,71 | 25,6 | 31 |
| | | SOGLIA DI SBARRAMENTO (36 PT) | | | NON RAGGIUNTA | NON RAGGIUNTA | NON RAGGIUNTA |

| LOTTO 10: SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 30 E 60 E CARICATORE | | | | | | | | |
|--|-----------|--|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| PARAMETRO DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO TECNICO SUBCRITERI | PUNTEGGI TECNICI ATTRIBUITI AI CONCORRENTI: | | | | |
| | | | | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | SVAS BIOSANA S.P.A. | INNOVAMEDICA S.P.A. | JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A. | EUROCLONE S.P.A. |
| 1. Ergonomia | 4 | 1A. Il punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia intesa come migliore adattabilità dello strumento all'operatore, miglior equilibrio tra peso e robustezza e la qualità dell'impugnatura intesa come minor scivolamento. | 4 | 4 | 0,44 | 0,56 | 1,96 | 1,32 |
| 2. Maneggevolezza nell'introduzione, praticità nel posizionamento e nell'uso | 20 | 2A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di introduzione e di chiusura della suturatrice. | 10 | 9,9 | 1,2 | 1,4 | 10 | 3,7 |
| | | 2B. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di inserimento e sostituzione del caricatore. | 10 | 10 | 3,4 | 3,7 | 9,7 | 6,9 |
| 3. Maneggevolezza nell'esecuzione della sutura | 8 | 3A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di attivazione del meccanismo di sutura. | 8 | 8 | 0,88 | 0,8 | 7,04 | 4,48 |

| | | | | | | | | |
|--|----|---|----|-------|---------------|---------------|------|---------------|
| 4. Verifica visiva dell'esito della sutura | 36 | 4A. Il punteggio sarà attribuito valutando il corretto allineamento (punti equidistanti) e la regolarità nella chiusura dei punti (corretta chiusura delle agrafes) con valutazione opzionale su banco. | 12 | 11,64 | 0,36 | 3,6 | 12 | 2,04 |
| | | 4B. Il punteggio sarà attribuito valutando l'integrità della linea di sutura. | 12 | 11,76 | 1,2 | 2,64 | 12 | 9,24 |
| | | 4C. Il punteggio sarà attribuito valutando l'adeguatezza dell'emostasi intesa come minore entità di sanguinamento. | 12 | 11,64 | 2,16 | 2,52 | 12 | 3,72 |
| 5. Confezionamento primario | 2 | 5A. Il punteggio sarà attribuito valutando la robustezza e la struttura degli involucri, la facilità di apertura, e il sistema anti caduta accidentale. | 2 | 2 | 1,62 | 0,02 | 1,6 | 1,64 |
| | | TOTALE PUNTEGGI TECNICI | | 68,94 | 11,26 | 15,24 | 66,3 | 33,04 |
| | | SOGLIA DI SBARRAMENTO (36 PT) | | | NON RAGGIUNTA | NON RAGGIUNTA | | NON RAGGIUNTA |

**LOTTO 11 SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 30 E
CARICATORE PER UTILIZZO VASCOLARE**

| PARAMETRO DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO TECNICO SUBCRITERI | PUNTEGGI TECNICI ATTRIBUITI AI CONCORRENTI: | | |
|---|-----------|---|------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | INNOVAMEDICA S.P.A. | JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A. |
| 1. Ergonomia | 4 | 1A. Il punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia intesa come migliore adattabilità dello strumento all'operatore, miglior equilibrio tra peso e robustezza e la qualità dell'impugnatura intesa come minor scivolamento. | 4 | 4 | 0,32 | 0,72 |
| 2. Maneggevolezza nell'introduzione, praticità nel posizionamento e nell'uso | 20 | 2A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di introduzione e di chiusura della suturatrice. | 10 | 10 | 0 | 5,5 |
| | | 2B. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di inserimento e sostituzione del caricatore. | 10 | 10 | 0,5 | 5 |
| 3. Maneggevolezza nell'esecuzione della sutura | 8 | 3A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di attivazione del meccanismo di sutura. | 8 | 8 | 0 | 4,16 |

| | | | | | | |
|--|----|--|----|----|----------------------|-------|
| 4. Verifica visiva dell'esito della sutura | 36 | 4A. Il punteggio sarà attribuito valutando il corretto allineamento (punti equidistanti) e la regolarità nella chiusura dei punti (corretta chiusura delle agrafo) con valutazione opzionale su banco. | 12 | 12 | 7,2 | 12 |
| | | 4B. Il punteggio sarà attribuito valutando l'integrità della linea di sutura. | 12 | 12 | 0 | 10,56 |
| | | 4C. Il punteggio sarà attribuito valutando l'adeguatezza dell'emostasi intesa come minore entità di sanguinamento. | 12 | 12 | 7,2 | 12 |
| 5. Confezionamento primario | 2 | 5A. Il punteggio sarà attribuito valutando la robustezza e la struttura degli involucri, la facilità di apertura, e il sistema anti caduta accidentale. | 2 | 2 | 0,2 | 1,8 |
| | | TOTALE PUNTEGGI TECNICI | | 70 | 15,42 | 51,74 |
| | | SOGLIA DI SBARRAMENTO (36 PT) | | | NON RAGGIUNTA | |

| LOTTO 12: SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 45 E 90 E CARICATORE | | | | | | |
|---|-----------|---|------------------------------------|---|------------------------|------------------|
| PARAMETRO DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO TECNICO SUBCRITERI | PUNTEGGI TECNICI ATTRIBUITI AI CONCORRENTI: | | |
| | | | | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | INNOVAMEDICA S.P.A. | EUROCLONE S.P.A. |
| 1. Ergonomia | 4 | 1A. Il punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia intesa come migliore adattabilità dello strumento all'operatore, miglior equilibrio tra peso e robustezza e la qualità dell'impugnatura intesa come minor scivolamento. | 4 | 4 | 0,24 | 0,92 |
| 2. Maneggevolezza nell'introduzione, praticità nel posizionamento e nell'uso | 20 | 2A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di introduzione e di chiusura della suturatrice. | 10 | 10 | 0,8 | 2,8 |
| | | 2B. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di inserimento e sostituzione del caricatore. | 10 | 10 | 6,4 | 6,4 |
| 3. Maneggevolezza nell'esecuzione della sutura | 8 | 3A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di attivazione del meccanismo di sutura. | 8 | 8 | 0,08 | 2,16 |

| | | | | | | |
|--|----|---|----|----|----------------------|----------------------|
| 4. Verifica visiva dell'esito della sutura | 36 | 4A. Il punteggio sarà attribuito valutando il corretto allineamento (punti equidistanti) e la regolarità nella chiusura dei punti (corretta chiusura delle agrafes) con valutazione opzionale su banco. | 12 | 12 | 0,84 | 1,44 |
| | | 4B. Il punteggio sarà attribuito valutando l'integrità della linea di sutura. | 12 | 12 | 2,4 | 5,4 |
| | | 4C. Il punteggio sarà attribuito valutando l'adeguatezza dell'emostasi intesa come minore entità di sanguinamento. | 12 | 12 | 1,2 | 1,2 |
| 5. Confezionamento primario | 2 | 5A. Il punteggio sarà attribuito valutando la robustezza e la struttura degli involucri, la facilità di apertura, e il sistema anti caduta accidentale. | 2 | 2 | 0 | 1,94 |
| | | TOTALE PUNTEGGI TECNICI | | 70 | 11,96 | 22,26 |
| | | SOGLIA DI SBARRAMENTO (36 PT) | | | NON RAGGIUNTA | NON RAGGIUNTA |