

LOTTO 8: SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 55-65 E 75-85 E CARICATORE										
PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TECNICO SUBCRITERI	PUNTEGGI TECNICI ATTRIBUITI AI CONCORRENTI:						
				MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	AORTA S.R.L.	INNOVAMEDICA S.P.A.	EUROCLONE S.P.A.	SVAS BIOSANA S.P.A.	JOHNSON& JOHNSON MEDICAL S.P.A.	SEDA S.P.A.
1. Ergonomia	4	1A. Il punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia intesa come migliore adattabilità dello strumento all'operatore, miglior equilibrio tra peso e robustezza e la qualità dell'impugnatura intesa come minor scivolamento.	4	3,4	0,36	0,08	2	2,28	4	1,24
2. Maneggevolezza nell'introduzione, praticità nel posizionamento e nell'uso	17	2A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di introduzione e di assemblaggio dello strumento.	10	10	5,8	6,3	1,8	8,2	8,8	9,4
		2B. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di inserimento e sostituzione del caricatore.	7	7	1,26	1,4	4,62	4,55	4,13	4,97

3. Maneggevolezza nell'esecuzione della sutura, sezione e nell'estrazione	20	3A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di attivazione del meccanismo di sutura e sezione.	10	10	2,7	1,6	2,7	1,1	9,9	5,3
		3B. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di apertura delle branche ed estrazione e le dimensioni ridotte degli orifici di introduzione.	10	10	0,5	0,3	2,4	4	7,5	7,3
4. Verifica visiva dell'esito della sutura e sezione	27	4A. Il punteggio sarà attribuito valutando il corretto allineamento (punti equidistanti) e la regolarità nella chiusura dei punti (corretta chiusura delle agrafes) con valutazione opzionale su banco.	10	9,3	5,5	5,3	0,8	0	10	5,3
		4B. Il punteggio sarà attribuito valutando la qualità del taglio intesa come integrità della linea di sezione.	7	7	2,94	2,8	0,77	0,42	6,79	5,53
		4C. Il punteggio sarà attribuito valutando l'adeguatezza dell'emostasi intesa come minore entità di sanguinamento.	10	9,8	4,3	4,5	0,6	1,5	10	7,2
5. Confezionamento primario	2	5A. Il punteggio sarà attribuito valutando la robustezza e la struttura degli involucri, la facilità di apertura, e il sistema anti caduta accidentale.	2	2	0,2	0,2	1,56	1,6	0,2	1,58
		TOTALE PUNTEGGI TECNICI		68,5	23,56	22,48	17,25	23,65	61,32	47,82
		SOGLIA DI SBARRAMENTO (36 PT)			NON RAGGIUNTA	NON RAGGIUNTA	NON RAGGIUNTA	NON RAGGIUNTA		

LOTTO 13: DISPOSITIVI PER CONFEZIONAMENTO BORSA DI TABACCO						
PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TECNICO SUBCRITERI	PUNTEGGI TECNICI ATTRIBUITI AI CONCORRENTI:		
				MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	TAU MEDICA S.R.L.	SEDA S.P.A.
1. Ergonomia	4	1A. Il punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia intesa come migliore adattabilità dello strumento all'operatore, miglior equilibrio tra peso e robustezza e la qualità dell'impugnatura intesa come minor scivolamento.	4	4	0,28	1,08

2. Maneggevolezza nell'introduzione e praticità nel posizionamento	15	2A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di introduzione e chiusura delle branche.	15	15	0,6	2,7
3. Maneggevolezza nell'esecuzione della sutura e nell'estrazione	29	3A. Il punteggio sarà attribuito valutando la corretta applicazione dei punti (punti equidistanti).	25	25	1,75	3,75
		3B. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di estrazione dello strumento con mantenimento in sede della borsa di tabacco.	4	4	1,8	0,2
4. Verifica visiva dell'esito della sutura	20	4A. Il punteggio sarà attribuito valutando la tenuta della borsa di sutura.	20	20	4	1
5. Confezionamento primario	2	5A. Il punteggio sarà attribuito valutando la robustezza e la struttura degli involucri, la facilità di apertura, e il sistema anti caduta accidentale.	2	1,6	2	2
		TOTALE PUNTEGGI TECNICI		69,6	10,43	10,73
		SOGLIA DI SBARRAMENTO (36 PT)			NON RAGGIUNTA	NON RAGGIUNTA

LOTTO 15: SUTURATRICI CUTANEE TESTINA FISSA ED ESTRATTORI MISURA REGOLARE E/O LARGA								
PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TECNICO SUBCRITERI	PUNTEGGI TECNICI ATTRIBUITI AI CONCORRENTI:				
				MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	TAU MEDICA S.R.L.	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	MEHOS S.R.L.
1. Ergonomia	10	1A. Il punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia intesa come migliore adattabilità dello strumento all'operatore, miglior equilibrio tra peso e robustezza e la qualità dell'impugnatura intesa come minor scivolamento.	10	10	4,3	1,9	1,3	1,3
2. Misure	10	2A. Il punteggio verrà attribuito nel caso di presenza di misura regolare e larga.	10	10	10	10	10	10
3. Maneggevolezza nell'applicazione	30	3A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di apposizione e tenuta del punto.	30	30	5,1	10,8	6,3	11,1
4. Sistema verifica punti non utilizzati	8	4A. Il punteggio verrà attribuito nel caso di presenza di sistema per la verifica dei punti non utilizzati.	8	8	8	8	8	8
5. Facilità di rimozione del punto	10	5A. Il punteggio sarà attribuito valutando la qualità dell'estrattore intesa come facilità di caricamento e apertura del punto.	10	10	4,6	3,7	2,9	4,4
6. Confezionamento primario	2	6A. Il punteggio sarà attribuito valutando la robustezza e la struttura degli involucri, la facilità di apertura, e il sistema anti caduta accidentale.	2	0,4	2	2	2	2
TOTALE PUNTEGGI TECNICI				68,4	34	36,4	30,5	36,8
SOGLIA DI SBARRAMENTO (36 PT)					NON RAGGIUNTA		NON RAGGIUNTA	