

LOTTO 4 SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA TESTINA RIBALTABILE

STRUTTURA OPERATIVA	CHIRURGIA GENERALE I CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
COMMISSARIO VALUTATORE	DR GIUSEPPE MINGRONE
(EVENTUALMENTE) CON IL SUPPORTO DI	
FIRMA DEL VALUTATORE	

Indicare un giudizio: (es: Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente) e motivare dettagliatamente la valutazione.

PARAMETRO DA VALUTARE	CONCORRENTI	
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	EUROCLONE S.P.A.
1A. Il punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia intesa come migliore adattabilità dello strumento all'operatore, miglior equilibrio tra peso e robustezza e la qualità dell'impugnatura intesa come minor scivolamento.	OTTIMA ERGONOMIA, L'IMPUGNATURA PERMETTE UNA PRESA SICURA DELLO STRUMENTO, OTTIMA MANEGGEVOLEZZA DURANTE L'USO. IMMEDIATA ADATTABILITÀ ALL'OPERATORE	BUONI: ERGONOMIA, RAPPORTO PESO ROBUSTEZZA E QUALITÀ DELL'IMPUGNATURA.
2A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di introduzione e di scorrimento sulla mucosa	OTTIMA PERFORMANCE SIA IN TERMINI DI INTRODUZIONE CHE IN TERMINI DI SCORRIMENTO DELLO STRUMENTO SULLA MUCOSA	INTRODUZIONE LEGGERMENTE DIFFICOLTOSA MA BUONO SCORRIMENTO DELLO STRUMENTO SULLA MUCOSA
2B. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di perforazione e di fuoriuscita completa del perforatore dal visere.	PERFORAZIONE DELLA PARETE VISCERALE AGEVOLE E SICURA. FUORIUSCITA DEL PERFORATORE AGEVOLE E SENZA INTOPPI	IL PERFORANTE NON È MOLTO APPUNTITO, PERTANTO, OCCORRE ESERCITARE PRESSIONE PER PERFORARE IL VISCERE CON TRASCINAMENTO DEI TESSUTI.
3A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di introduzione della testina nel perforatore.	INTRODUZIONE AGEVOLE ED IMMEDIATA	L'INTRODUZIONE RISULTA ESSERE UN PO' DIFFICOLTOSA, TALVOLTA, DI NON SEMPLICE ESECUZIONE IN DETERMINATE SITUAZIONI ANATOMICHE
3B. Il punteggio sarà attribuito valutando la percezione (miglior feedback tattile/uditivo) dell'avvenuto aggancio della testina all'incudine.	OTTIMO IL FEEDBACK DI AGGANCIAMENTO DELLA TESTINA	SI PERCEPISCE UN BUON FEEDBACK, MA PER OTTENERE L'AGGANCIAMENTO È NECESSARIO APPLICARE UNA CERTA FORZA.
4A. Il punteggio sarà attribuito valutando la migliore percezione (miglior feedback tattile/uditivo) dell'avvenuto sutura e sezione.	OTTIMO IL FEEDBACK DI SUTURA E SEZIONE	SI PERCEPISCE UN BUON FEEDBACK SENZA OFFRIRE UNA OTTIMALE SENSAZIONE DI SUTURA E SEZIONE
4B. Il punteggio sarà attribuito valutando la minor trazione sui tessuti durante l'apertura ed estrazione della suturatrice.	OTTIMO: ASSENZA DI TRAZIONE SUI TESSUTI IN APERTURA ED ESTRAZIONE	DISCRETO: MODESTA TRAZIONE SUI TESSUTI IN FASE DI APERTURA DELLO STRUMENTO, SENZA COMPROMETTERE LA TENUTA DELLA SUTURA
5B. Il punteggio sarà attribuito valutando la qualità del taglio intesa come integrità degli anelli di sezione.	OTTIMO IL TAGLIO E INTEGRITÀ DEGLI ANELLI	DISCRETO: ANELLI DI SEZIONE INTEGRATI MA UN PO' IRREGOLARI
5C. Il punteggio sarà attribuito valutando la tenuta dell'anastomosi con prova idropneumatica.	OTTIMA LA TENUTA E PROVA IDROPNEUMATICA	OTTIMA LA TENUTA E PROVA IDROPNEUMATICA.

LOTTO 6 SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA 3 FILE DI PUNTI

STRUTTURA OPERATIVA	CHIRURGIA GENERALE I CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO		Indicare un giudizio: (es: Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente) e motivare dettagliatamente la valutazione.
COMMISSARIO VALUTATORE	DR GIUSEPPE MINGRONE		
(EVENTUALMENTE) CON IL SUPPORTO DI			
FIRMA DEL VALUTATORE			

PARAMETRO DA VALUTARE	CONCORRENTI	
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	VIGLIA S.R.L.
1A. Il punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia intesa come migliore adattabilità dello strumento all'operatore, miglior equilibrio tra peso e robustezza e la qualità dell'impugnatura intesa come minor scivolamento.	OTTIMO EQUILIBRIO TRA PESO E ROBUSTEZZA. MOLTO BILANCIATA. OTTIMO ANTISCIVOLO, SI ADATTA BENE ALL'OPERATORE	BUONA L'ERGONOMIA, DISCRETO IL RAPPORTO PESO E ROBUSTEZZA, SENSAZIONE DI STRUMENTO LEGGERO
2A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di introduzione e di scorrimento sulla mucosa	AGEVOLE L'INTRODUZIONE E LO SCORRIMENTO DELLO STRUMENTO	OTTIMALE L'INTRODUZIONE DELLO STRUMENTO, LIEVE DIFFICOLTÀ NEL FARLO PROCEDERE NEL LUME INTESTINALE
2B. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di perforazione e di fuoriuscita completa del perforatore dal viscere.	PERFORAZIONE PRECISA E COMPLETA FUORIUSCITA DAL VISCERE	TRAZIONE SUI TESSUTI PRIMA DELLA PERFORAZIONE DEL VISCERE. DIFFICOLTÀ SIA ALLA PERFORAZIONE CHE ALLA FUORIUSCITA DEL PERFORATORE FACILITATA DA UNA CONTROPRESSIONE
3A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di introduzione della testina nel perforatore.	OTTIMA: FACILE E IMMEDIATA L'INTRODUZIONE DELLE TESTINA	L'INSERIMENTO DELLA TESTINA NEL PERFORATORE TALVOLTA NON E' AGEVOLE SOPRATTUTTO IN DETERMINATE SITUAZIONI ANATOMICHE.
3B. Il punteggio sarà attribuito valutando la percezione (miglior feedback tattile/uditivo) dell'avvenuto aggancio della testina all'incudine.	OTTIMO: BEN PERCEPIBILE CON SENSAZIONE DI SICUREZZA DELL'AVVENUTO AGGANCIO	SI PERCEPISCE UN BUON FEEDBACK D'AGGANCIO
4A. Il punteggio sarà attribuito valutando la migliore percezione (miglior feedback tattile/uditivo) dell'avvenuta sutura e sezione.	OTTIMALE LA PERCEZIONE DEL FEEDBACK TATTILE/UDITIVO DELL'AVVENUTA SUTURA E SEZIONE	PUR AVVERTENDO UN BUON FEEDBACK TATTILE/UDITIVO DELL'AVVENUTA SUTURA E SEZIONE LA SENSAZIONE NON SI PUO' DEFINIRE OTTIMO
4B. Il punteggio sarà attribuito valutando la minor trazione sui tessuti durante l'apertura ed estrazione della suturatrice.	NESSUN TIPO DI TRAZIONE SUI TESSUTI DURANTE APERTURA ED ESTRAZIONE	DURANTE L'APERTURA DELLA SUTURATRICE SI APPREZZA UNA MODESTA TRAZIONE SUI PUNTI SENZA COMPROMETTERE LA TENUTA DELLA SUTURA
5B. Il punteggio sarà attribuito valutando la qualità del taglio intesa come integrità degli anelli di sezione.	OTTIMO: ANELLI PERFETTI	BUONA: INTEGRITÀ DEGLI ANELLI DI SEZIONE CHE APPAIONO LEGGERMENTE SOTTILI.
5C. Il punteggio sarà attribuito valutando la tenuta dell'anastomosi con prova idropneumatica.	OTTIMA LA PROVA IDROPNEUMATICA	OTTIMA LA PROVA IDROPNEUMATICA