

SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI PER CHIRURGIA LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPICA STELO E LAMA INTEGRATE E CARICATORE

LOTTO 16

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO	CONCORRENTI	COEFFICIENTI PROVVISORI					MEDIA COEFFICIENTI I	NORMALIZZAZIONE COEFFICIENTI	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE	
					C1	C2	C3	C4	C5					
1. Ergonomia	4	1A. Il punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia intesa come migliore adattabilità dello strumento all'operatore, miglior equilibrio tra peso e robustezza e la qualità dell'impugnatura intesa come minor scivolamento. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	4	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	1	1	1	1	1	1	1	4	ERGONOMIA OTTIMA. LO STRUMENTO SI ADATTA MOLTO BENE ALL'OPERATORE ED E' EQUILIBRATO IL PESO E LA ROBUSTEZZA. IMPUGNATURA OTTIMA	
				LOGISAN S.P.A.	0,75	0,75	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	2,4	BUONA ERGONOMIA MA IL DISPOSITIVO DA LA SENSAZIONE DI ESSERE POCO ROBUSTO. LA ROTELLINA DELLA TESTINA E' UN PO' SCIVOLOSA	
									MAX	1				
PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO	CONCORRENTI	COEFFICIENTI PROVVISORI					PUNTEGGIO	NUMERO CARICATORI			
					C1	C2	C3	C4	C5					
2. Versatilità	4	2A. Il punteggio sarà attribuito valutando la gamma di caricatori. Verrà attribuito il coefficiente massimo (V(ai)=1,0) al prodotto con più ampia gamma di caricatori (ottenuta dalla somma di tutte le possibili combinazioni di lunghezze e tipologie disponibili). I restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.	4	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	0,91					3,64	10			
				LOGISAN S.P.A.	1					4	11			
									MAX		11			
PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO	CONCORRENTI	COEFFICIENTI PROVVISORI					MEDIA COEFFICIENTI I	NORMALIZZAZIONE COEFFICIENTI	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE	
					C1	C2	C3	C4	C5					
3. Maneggevolezza nell'introduzione, praticità nel posizionamento e nell'uso	14	3A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di introduzione e movimentazione (rotazione e articolazione).	7	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	1	1	1	1	1	1	1	7	INTRODUZIONE MOLTO FACILE. OTTIMA MOVIMENTAZIONE SIA IN ROTAZIONE CHE ARTICOLAZIONE	
				LOGISAN S.P.A.	0,75	0,5	0,5	0,5	0,5	0,55	0,55	3,85	BUONA L'ARTICOLAZIONE. LA ROTAZIONE SEMBRA ESSERE MENO FRENATA E QUESTO COMPORTA UN CONTROLLO DELLA ROTAZIONE NON AGEVOLE	
								MAX	1					
		3B. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di inserimento e sostituzione del caricatore. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	7	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	7	INSERIMENTO SEMPLICE. LA SOSTITUZIONE E' INTUITIVA E LINEARE
				LOGISAN S.P.A.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5	INSERIMENTO DIFFICILTOSO. LA CARICA NON SI BLOCCA CON FACILITA' E LA SOSTITUZIONE NON E' MOLTO FLUIDA	
									MAX	1				

1)ECR45B 2)ECR45D
3)ECR45G 4)ECR45M
5)ECR45W 6)ECR60B
7)ECR60D 8)ECR60G
9)ECR60M 10)ECR60W

1)FACU45; 2)FACV45;
3)FACS45; 4)FACM45;
5)FACT45; 6)FACU60;
7)FACV60; 8)FACS60;
9)FACM60;
10)FACT60;11)FACH60

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO	CONCORRENTI	COEFFICIENTI PROVVISORI					MEDIA COEFFICIENTI	NORMALIZZAZIONE COEFFICIENTI	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE		
					C1	C2	C3	C4	C5						
4. Maneggevolezza nell'esecuzione della sutura, sezione e nell'estrazione	18	4A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di introduzione e di scorrimento, la qualità della chiusura delle branche e il miglior grip sul tessuto al loro interno (inteso come minor scivolamento). Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	6	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	1	1	1	1	1	1	1	6	OTTIMA INTRODUZIONE E SCORRIMENTO. GRIP PERFETTO		
				LOGISAN S.P.A.	1	0,5	1	1	0,75	0,85	0,85	5,1	BUONA INTRODUZIONE E SCORRIMENTO. SI SEGNALE UN LEGGERO SCIVOLAMENTO DEL TESSUTO TRA LE BRANCHE		
									MAX	1					
		4B. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di attivazione del meccanismo di sutura e sezione. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	6	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	6	FACILE ATTIVAZIONE DEL MECCANISMO	
				LOGISAN S.P.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IL FATTO CHE LA SUTURATRICE SI SIA BLOCCATA DURANTE LA PROVA IN USO EFFETTUATA DA UN COMMISSARIO COMPORTA UN PUNTEGGIO PARI A ZERO PERCHE' TALE EPISODIO RISULTA ESSERE DI ESTREMA GRAVITA' E PERICOLO PER IL PAZIENTE
									MAX	1					
		4C. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di apertura ed estrazione e le dimensioni ridotte degli orifizi di introduzione. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	6	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	1	0,75	1	1	1	0,95	1	6	BUONA ESTRAZIONE E ORIFIZI DI RIDOTTE DIMENSIONI		
				LOGISAN S.P.A.	1	0	1	1	1	0,8	0,84	5,04	BUONA ESTRAZIONE E ORIFIZI DI RIDOTTE DIMENSIONI. IL COMMISSARIO 2 A CAUSA DEL BLOCCO DELLA SUTURATRICE NON E' STATO IN GRADO DI VALUTARE IL CRITERIO.		
									MAX	0,95					

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO	CONCORRENTI	COEFFICIENTI PROVVISORI					MEDIA COEFFICIENTI	NORMALIZZAZIONE COEFFICIENTI	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE	
					C1	C2	C3	C4	C5					
5. Verifica visiva dell'esito della sutura e sezione	28	5A. Il punteggio sarà attribuito valutando il corretto allineamento (punti equidistanti) e la regolarità nella chiusura dei punti (corretta chiusura delle agrafes) con valutazione opzionale su banco. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	10	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	1	1	1	1	1	1	1	10	PUNTI EQUIDISTANTI. AGRAGES CHIUSE CORRETTAMENTE	
				LOGISAN S.P.A.	0	0,25	0,25	0,25	0	0,15	0,15	1,5	LE AGRAFES NON SONO BEN CHIUSE IN PUNTA E I PUNTI HANNO UNO SCARSO ALLINEAMENTO	
									MAX	1				
		5B. Il punteggio sarà attribuito valutando la qualità del taglio intesa come integrità della linea di sezione. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	9	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	9	OTTIMA LINEA DI SEZIONE
				LOGISAN S.P.A.	1	0	1	0,5	0,5	0,6	0,6	5,4	LA LINEA DI SEZIONE NON È INTEGRA. IL COMMISSARIO DUE SEGNALE CHE IN UNA OCCASIONE LA LINEA DI SEZIONE NON E' STATA EFFETTUATA PERCHE' SI E' BLOCCATO LO STRUMENTO	
									MAX	1				
		5C. Il punteggio sarà attribuito valutando l'adeguatezza dell'emostasi intesa come minore entità di sanguinamento. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	9	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	9	OTTIMA EMOSTASI
				LOGISAN S.P.A.	0,5	0	0,25	0,5	0,25	0,3	0,3	2,7	EMOSTASI NON EFFICACE PER CHIUSURA NON PERFETTA DEI PUNTI.	
									MAX	1				

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO	CONCORRENTI	COEFFICIENTI PROVVISORI					MEDIA COEFFICIENTI	NORMALIZZAZIONE COEFFICIENTI	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE
					C1	C2	C3	C4	C5				
6. Confezionamento primario	2	6A. Il punteggio sarà attribuito valutando la robustezza e la struttura degli involucri, la facilità di apertura, e il sistema anti caduta accidentale. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	2	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	SISTEMA ANTICADUTA ASSENTE.
				LOGISAN S.P.A.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	SISTEMA ANTICADUTA ASSENTE.
					MAX						0		

PUNTEGGIO TECNICO COMPLETO	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	LOGISAN S.P.A.
1. Ergonomia	4	2,4
2. Versatilità	3,64	4
3. Maneggevolezza nell'introduzione, praticità nel posizionamento e nell'uso (3A+3B)	14	7,35
4. Maneggevolezza nell'esecuzione della sutura, sezione e nell'estrazione (4A+4B+4C)	18	10,14
5. Verifica visiva dell'esito della sutura e sezione (5A+5B+5C)	28	9,6
6. Confezionamento primario	0	0,00
TOTALE	67,64	33,49

SOGLIA DI SBARRAMENTO		NON RAGGIUNTA
36		

LOTTO 18 voce a **SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI LAPAROSCOPICA ARTICOLATA MOTORIZZATA: MANIPOLO A BATTERIA CON RELATIVO CARICABATTERIE E ADATTATORE**
 voce b **COPERTURA STERILE**
 voce c **CARICATORE PER LA SUTURATRICE**

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO	CONCORRENTI	COEFFICIENTI PROVVISORI					MEDIA	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE
					C1	C2	C3	C4	C5			
1. Ergonomia	8	1A. Il punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia intesa come migliore adattabilità dello strumento all'operatore, miglior equilibrio tra peso e robustezza e la qualità dell'impugnatura intesa come minor scivolamento. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	8	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	0,75	0,75	0,75	0,75	1	0,8	6,4	PER LA TIPOLOGIA DI SUTURATRICE, L'ERGONOMIA E' BUONA. INDUBBIAMENTE LA PRESENZA DI UN MOTORE MULTIFUNZIONE INCIDE INEVITABILMENTE SUL FATTORE PESO.
2. Versatilità	4	2A. Il punteggio sarà attribuito valutando la gamma di caricatori. Verrà attribuito il coefficiente massimo (V(a) _i =1,0) al prodotto con più ampia gamma di caricatori (ottenuta dalla somma di tutte le possibili combinazioni di lunghezze e tipologie disponibili). I restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.	4	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1					4		
											28	
											MAX	28

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO	CONCORRENTI	COEFFICIENTI PROVVISORI					MEDIA	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE
					C1	C2	C3	C4	C5			
5. Verifica visiva dell'esito della sutura e sezione	28	5A. Il punteggio sarà attribuito valutando il corretto allineamento (punti equidistanti) e la regolarità nella chiusura dei punti (corretta chiusura delle agrafes) con valutazione opzionale su banco. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	10	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1	1	1	1	1	1	10	PUNTI CORRETTAMENTE ALLINEATI E PERFETTA CHIUSURA DELLA AGRAFES
		5B. Il punteggio sarà attribuito valutando la qualità del taglio intesa come integrità della linea di sezione. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	9	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1	1	1	1	1	1	9	LINEA DI SEZIONE INTEGRA. TAGLIO PERFETTO
		5C. Il punteggio sarà attribuito valutando l'adeguatezza dell'emostasi intesa come minore entità di sanguinamento. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	9	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1	1	1	1	1	1	9	NESSUN SANGUINAMENTO

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO	CONCORRENTI	COEFFICIENTI PROVVISORI					MEDIA	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE
					C1	C2	C3	C4	C5			
6. Confezionamento primario	2	6A. Il punteggio sarà attribuito valutando la robustezza e la struttura degli involucri, la facilità di apertura, e il sistema anti caduta accidentale. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	2	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1	1	1	1	1	1	2	STRUTTURA SALDA E OTTIMO SISTEMA ANTI CADUTA ACCIDENTALE

PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
1. Ergonomia	6,4
2. Versatilità	4
3. Maneggevolezza nell'introduzione e praticità nel posizionamento	9
4. Maneggevolezza nell'esecuzione della sutura, sezione e nell'estrazione (4A+4B+4C)	18
5. Verifica visiva dell'esito della sutura e della sezione (5A+5B+5C)	28
6. Confezionamento primario	2
TOTALE	67,4

SOGLIA DI SBARRAMENTO
36

LOTTO 19

voce a
voce b

SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI LAPAROSCOPICA ARTICOLATA AUTOMATICA CON BATTERIA
CARICATORE PER LA SUTURATRICE

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO	CONCORRENTI	COEFFICIENTI PROVVISORI					MEDIA	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE
					C1	C2	C3	C4	C5			
1. Ergonomia	8	1A. Il punteggio sarà attribuito valutando l'ergonomia intesa come migliore adattabilità dello strumento all'operatore, miglior equilibrio tra peso e robustezza e la qualità dell'impugnatura intesa come minor scivolamento. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	8	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	0,75	0,75	0,75	0,75	1	0,8	6,4	BUON ERGONOMIA, PESO/ROBUSTEZZA. OTTIMA IMPUGNATURA.
2. Versatilità	4	2A. Il punteggio sarà attribuito valutando la gamma di caricatori. Verrà attribuito il coefficiente massimo (V(a) _i =1,0) al prodotto con più ampia gamma di caricatori (ottenuta dalla somma di tutte le possibili combinazioni di lunghezze e tipologie disponibili). I restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente.	4	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	1					4	10	1) GST45B 2)GST45D 3)GST45G 4)GST45T 5)GST45W 6)GST60B 7)GST60D 8)GST60G 9)GST60T10) GST60W
3. Maneggevolezza nell'introduzione e praticità nel posizionamento	10	3A. 3A. Il punteggio sarà attribuito valutando la facilità di introduzione e movimentazione (rotazione e articolazione). Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	10	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	0,75	0,75	0,75	0,75	1	0,8	8	ARTICOLAZIONE E ROTAZIONE AGEVOLE

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TECNICO O ATTRIBUITO	CONCORRENTI	COEFFICIENTI PROVVISORI					MEDIA	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE
					C1	C2	C3	C4	C5			
5. Verifica visiva dell'esito della sutura e sezione	28	5A. Il punteggio sarà attribuito valutando il corretto allineamento (punti equidistanti) e la regolarità nella chiusura dei punti (corretta chiusura delle agrafes) con valutazione opzionale su banco. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	10	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	1	1	1	1	1	1	10	PUNTI ALLINEATI CORRETTAMENTE E REGOLARI NELLA CHIUSURA E AL TATTO
		5B. Il punteggio sarà attribuito valutando la qualità del taglio intesa come integrità della linea di sezione. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	9	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	1	1	1	1	1	1	9	LINEA DI SEZIONE INTEGRA
		5C. Il punteggio sarà attribuito valutando l'adeguatezza dell'emostasi intesa come minore entità di sanguinamento. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	9	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	1	0,75	1	1	1	0,95	8,55	BUONA EMOSTASI E SCARSO SANGUINAMENTO

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TECNICO	CONCORRENTI	COEFFICIENTI PROVVISORI					MEDIA	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE
					C1	C2	C3	C4	C5			
6. Confezionamento primario	2	6A. Il punteggio sarà attribuito valutando la robustezza e la struttura degli involucri, la facilità di apertura, e il sistema anti caduta accidentale. Coefficiente: Ottimo 1,00; Buono 0,75; Discreto 0,50; Sufficiente 0,25; Accettabile 0,00	2	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.	1	1	1	1	1	1	2	INVOLUCRO DI BUONA STRUTTURA E SISTEMA ANTI CADUTA ACCIDENTALE PRESENTE

	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.
PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO	
1. Ergonomia	6,4
2. Versatilità	4
3. Maneggevolezza nell'introduzione e praticità nel posizionamento	8
4. Maneggevolezza nell'esecuzione della sutura, sezione e nell'estrazione (4A+4B+4C)	16,8
5. Verifica visiva dell'esito della sutura e della sezione (5A+5B+5C)	27,55
6. Confezionamento primario	2
TOTALE	64,75

SOGLIA DI SBARRAMENTO
36