

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.

“S.C.R. Piemonte S.p.A.”

VERBALE

PRIMA SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE

30 marzo 2023

GARA: Gara regionale centralizzata finalizzata alla stipula di accordi quadro per l’affidamento della fornitura in service di microinfusori di insulina, sistemi di monitoraggio continuo della glicemia (CGM), sistemi flash di monitoraggio della glicemia (FGM) con allarmi e relativo materiale di consumo, occorrenti ai pazienti diabetici delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte. Lotti da 1 a 8 (Gara n. 75-2022).

* * *

L’anno duemilaventitré, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 14:40 in seduta riservata telematica svoltasi a mezzo piattaforma Zoom, è presente la Commissione giudicatrice nominata con determinazione del Direttore Appalti n. 58 del 21 marzo 2023, così costituita:

- Prof.ssa Luisa DE SANCTIS, Pediatra, referente SSD Endocrinologia pediatrica - AOU CDS – con profilo diabetologa pediatrica - Presidente della Commissione giudicatrice;
- Dott. Riccardo FORNENGO, Medico diabetologo - Asl TO4 - Commissario;

- Dott.ssa Maria Serena CASTALDO, Collaboratore Amministrativo - ASL AL Assistenza Protesica ed Integrativa – Commissario.

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante la dott.ssa Donatella DIOTTI, dipendente di S.C.R. Piemonte S.p.A.

* * *

Constatata la regolarità della convocazione con la presenza di tutti i componenti della Commissione, il Presidente dichiara aperta la seduta in forma riservata.

In via preliminare, la Commissione giudicatrice prende atto del contenuto della *lex specialis*, recependo i contenuti dei chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante pubblicati sulla Piattaforma di *E-procurement* “SINTEL” in data 29 novembre 2022, 15 dicembre 2022 e 21 dicembre 2022.

La Commissione giudicatrice stabilisce altresì che, nel caso di richieste di chiarimenti, il Responsabile del Procedimento sarà delegato alla firma delle comunicazioni ai concorrenti.

* * *

La Commissione giudicatrice stabilisce che, al fine della corretta valutazione tecnica, procederà per ogni lotto all'istruttoria sulle offerte tecniche presentate dai concorrenti, come segue:

- nella seduta odierna e/o nelle successive sedute riservate che potranno svolgersi in modalità telematica, sarà accertata la presenza dei requisiti minimi e delle caratteristiche tecniche

essenziali richieste dal Capitolato tecnico dei prodotti offerti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'assenza di lattice, le caratteristiche del confezionamento e dell'etichettatura, l'accuratezza delle rilevazioni del dato glicemico, le caratteristiche dei sistemi di trasmissione dati e del materiale di consumo, la presenza di allarmi, etc....) attraverso attenta analisi documentale delle dichiarazioni presenti in scheda tecnica o in altra documentazione rilasciata dai concorrenti. Con riferimento all'analisi documentale della documentazione tecnica rilasciata, la Commissione giudicatrice prende atto dell'elenco della documentazione tecnica richiesta.

- I requisiti minimi richiesti per le etichettature e per i confezionamenti saranno valutati successivamente a seguito di richiesta di integrazione.
- Si procederà successivamente alla valutazione delle offerte ai fini dell'assegnazione dei punteggi qualitativi, secondo i criteri e relative ponderazioni indicate all'allegato "Criteri di valutazione" al Capitolato tecnico, per i soli prodotti ritenuti idonei.

La Commissione giudicatrice, nel corso dell'analisi della documentazione tecnica presentata, avrà modo di visionare ed annotare, su apposito file excel, i dati/parametri oggettivi dei prodotti offerti per le successive valutazioni legate a criteri tabellari on off/quantitativi di cui alla tabella "Criteri di valutazione_punteggi-lotto per lotto", allegato del Capitolato tecnico.

* * *

La Commissione rileva che i lotti prevedono sistemi con caratteristiche tecnologiche diverse, di monitoraggio della glicemia e di infusione dell'insulina. La Commissione giudicatrice decide quindi di avviare l'istruttoria dai lotti più semplici, cioè che prevedono tecnologia atta al solo monitoraggio della glicemia (lotti nn. 7, 8, 6), per poi passare ai lotti che includono sistemi di infusione (lotti nn. 5, 3, 4, 2) e quindi al lotto che contiene sistemi ibridi ad ansa chiusa (lotto 1); se ritenuto opportuno, si proseguirà secondo un diverso ordine.

Il Segretario verbalizzante ha intanto provveduto alla creazione di una cartella condivisa nell'ambiente *cloud computing* di Google, contenente la documentazione oggetto di analisi in formato digitale presentata dai concorrenti e scaricata dalla piattaforma Sintel, a cui hanno accesso unicamente i componenti della Commissione.

Il Presidente, in via preliminare, rammenta ai componenti la necessità di svolgere l'attività di analisi delle offerte con la migliore diligenza e la massima riservatezza, attenendosi anche a quanto stabilisce il codice penale in materia di garanzie a tutela del contenuto di documenti riservati e di segreto professionale.

* * *

La Commissione giudicatrice apre i propri lavori decidendo di richiedere ai concorrenti la trasmissione di n. 1 campione di ciascun prodotto offerto sui diversi lotti, comprensivo di materiale di consumo, con lo stesso confezionamento (primario e secondario), etichetta e manuale

d'uso/foglietto illustrativo del prodotto che sarà fornito in caso di aggiudicazione, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi richiesti relativamente a confezionamento ed etichettatura dei dispositivi. Tuttavia, tale richiesta, per economia procedurale, non verrà trasmessa all'esito della seduta riservata odierna bensì in corso dei lavori, in attesa di verificare la necessità di richiedere ai concorrenti ulteriori chiarimenti.

L'idoneità dei prodotti offerti verrà pertanto dichiarata al termine delle operazioni di analisi della documentazione tecnica presentata e di successiva presa visione ed analisi della campionatura e degli eventuali ulteriori chiarimenti richiesti.

* * *

La Commissione giudicatrice avvia, quindi, per il **lotto 7 - Sistema di monitoraggio glicemico in continuo (CGM) impiantabile** l'istruttoria finalizzata ad accertare la presenza dei requisiti intrinseci e/o strutturali dei prodotti (a titolo esemplificativo e non esaustivo l'assenza di lattice, le caratteristiche del confezionamento e dell'etichettatura, l'accuratezza delle rilevazioni del dato glicemico, le caratteristiche dei sistemi di trasmissione dati e del materiale di consumo, la presenza di allarmi, etc....) attraverso attenta analisi documentale delle dichiarazioni presenti in scheda tecnica o in altra documentazione rilasciata dal concorrente **Ascensia Diabetes Care Italy s.r.l.**, unico concorrente sul lotto ed annota, su apposito file excel, i dati/parametri oggettivi dei prodotti offerti per le successive valutazioni legate a criteri tabellari on-off/quantitativi di cui alla tabella "Criteri di valutazione_punteggi-lotto per lotto", allegato del Capitolato tecnico.

* * *

Alle ore 18:30 la seduta è chiusa e aggiornata al giorno 4 aprile 2023, in modalità telematica.

* * *

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico esemplare come segue:

Prof.ssa Luisa DE SANCTIS – Presidente della Commissione giudicatrice

Dott. Riccardo FORNENGO – Commissario

Dott.ssa Maria Serena CASTALDO – Commissario

Dott.ssa Donatella DIOTTI – Segretario verbalizzante

(firmato in originale)