

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.

“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”

* * *

VERBALE

SECONDA SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

16 ottobre 2023

* * *

GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SUTURE SINTETICHE NON ASSORBIBILI MONOFILAMENTO IN POLITETRAFLUORURO DI ETILENE (PTFE) E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLE REGIONI PIEMONTE E PUGLIA. LOTTI DA 1 A 2 - (GARA N. 7-2023)

* * *

L'anno duemilaventitré, il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore 18:30, presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 - Torino, nella sala riunioni – direzione amministrativa, è presente la Commissione giudicatrice nominata con determinazione del Direttore Appalti di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 129 del 5 giugno 2023 così costituita:

- Dott.ssa Nadia RUSSOLILLO - Dirigente Medico SC Chirurgia Generale – AIC 1 - Presidente;
- Dott. Stefano D'ALESSANDRO - Dirigente Medico Cardiocirurgia Ospedale San Giovanni Bosco – AIC 2 - Membro effettivo;

➤ Dott. Giorgio TURATI - CPS Operatore Cardiovascolare camere operatorie cardiovascolari – AIC 1 - Membro effettivo.

* * *

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante la dott.ssa Ivana REVERDITO dipendente di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

* * *

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta di gara in forma riservata.

* * *

Il Segretario verbalizzante informa i membri della Commissione giudicatrice che sono pervenuti, a mezzo piattaforma SINTEL, il chiarimento richiesto al concorrente W.L. GORE & ASSOCIATI S.r.l per il lotto 1 e il chiarimento richiesto al concorrente MEDICS POINT SRL per il lotto 2, all'esito della seduta riservata del 6 settembre 2023.

* * *

La Commissione giudicatrice procede ad analizzare le risposte fornite.

Con riferimento al Lotto 1 il concorrente W.L. GORE & ASSOCIATI S.r.l ha precisato quanto segue:

[...]

- *come da documento offerta tecnica i codici offerti nella voce B del Lotto 1 sono tutti a montatura singola e punta conica;*
- *si specifica che nella documentazione prodotta (scheda tecnica, Istruzioni per l'uso e relazione tecnica) è specificato che gli aghi Gore sono costruiti in una lega di acciaio inossidabile della serie 300 che fornisce un'alta*

duttilità e un'eccellente resistenza. Una superficie modificata dell'ago riduce la forza richiesta per penetrare il tessuto mentre la sezione trasversale e le avanzate tecniche di produzione forniscono un ago più rigido con una migliore resistenza al piegamento. Sono dotati inoltre di un rivestimento in silicone per una migliore penetrazione dei tessuti.

Generalmente la montatura singola utilizzata nella Chirurgia Generale prevede l'ago cilindrico a punta conica.

Si chiede che la commissione possa valutare l'offerta sulla base della documentazione presentata in gara [...].

La Commissione giudicatrice rilevato che, per il lotto in parola:

- il Capitolato tecnico all'art 5.1.3 "SPECIFICHE TECNICHE DEL MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA" prevedeva quanto segue:
 - o *[...] Con riferimento a ciascun lotto, i prodotti devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara, tutte le caratteristiche indicate nell'Allegato A) Tabella prodotti;*
 - o *Nei lotti dove sono richieste diverse tipologie di ago e diverse curvature, sia le tipologie di ago che le curvature devono ritenersi obbligatorie, ma non sarà obbligatorio offrire tutte le curvature richieste per ogni tipologia di ago. [...];*
- l'Allegato A) tabella prodotti, per la Voce B), in relazione alla caratteristica degli aghi, nella colonna "AGO" richiedeva "AGO CILINDRICO E TAPERCUT 1/2C E 3/8C".

Considerato che il concorrente non ha offerto, per il lotto 1, Voce B) una

sutura con tipologia di ago tapercut, la Commissione giudicatrice comunica che il prodotto offerto non è idoneo.

* * *

Con riferimento al Lotto 2 il concorrente MEDICS POINT SRL ha precisato quanto segue [...] *si specifica che nella documentazione prodotta (scheda tecnica, Istruzioni per l'uso e relazione tecnica) è specificato che gli aghi Gore sono costruiti in una lega di acciaio inossidabile della serie 300 che fornisce un'alta duttilità e un'eccellente resistenza. Una superficie modificata dell'ago riduce la forza richiesta per penetrare il tessuto mentre la sezione trasversale e le avanzate tecniche di produzione forniscono un ago più rigido con una migliore resistenza al piegamento. Sono dotati inoltre di un rivestimento in silicone per una migliore penetrazione dei tessuti.*

Generalmente la montatura singola utilizzata nella Chirurgia Generale prevede l'ago cilindrico a punta conica.

Si chiede che la commissione possa valutare l'offerta sulla base della documentazione presentata in gara [...].

La Commissione giudicatrice rilevato che, per il lotto in parola:

- il Capitolato tecnico all'art 5.1.3 "SPECIFICHE TECNICHE DEL MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA" prevedeva quanto segue:

- [...] *Con riferimento a ciascun lotto, i prodotti devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara, tutte le caratteristiche indicate nell'Allegato A) Tabella prodotti;*
- *Nei lotti dove sono richieste diverse tipologie di ago e diverse*

curvature, sia le tipologie di ago che le curvature devono ritenersi obbligatorie, ma non sarà obbligatorio offrire tutte le curvature richieste per ogni tipologia di ago. [...];

- l'Allegato A) tabella prodotti, per la Voce B), in relazione alla caratteristica degli aghi, nella colonna "AGO" richiedeva "AGO CILINDRICO E TAPERCUT 1/2C E 3/8C".

Considerato che:

- dalla documentazione prodotta in gara dal concorrente, per il lotto 2 Voce B), non risulta offerta una sutura con tipologia di ago tapercut;
- il concorrente in risposta al chiarimento non ha precisato quale codice, tra i codici prodotto (REF) elencati nel Modello C1, corrisponde alla sutura con "MONTATURA SINGOLA" e tipologia di ago "TAPERCUT";

la Commissione giudicatrice comunica che il prodotto offerto non è idoneo.

* * *

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, dei prodotti offerti risultati idonei, secondo quanto disposto all'art. 20 del Disciplinare di gara ed al fine della corretta attribuzione dei punteggi "Discrezionali" e "Tabellari" previsti, procede ad effettuare le valutazioni per i parametri "Qualità del filo" e i relativi sub criteri, "Qualità dell'ago e i relativi sub criteri, "Confezionamento" e i relativi sub criteri, secondo quanto disposto nelle linee guida per l'esecuzione delle prove di valutazione.

La Commissione giudicatrice procede inoltre alla valutazione del parametro "Gamma di combinazioni" riesaminando la documentazione tecnica.

* * *

Ogni singolo Commissario procede all'assegnazione dei coefficienti V(a)i, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, secondo quanto specificato all'art. 20.2 del Disciplinare di gara.

La Commissione giudicatrice, inoltre, procede all'assegnazione del coefficiente V(a)i, per quanto riguarda gli elementi di natura tabellare e quantitativa secondo quanto specificato all'art. 20.2 del Disciplinare di gara.

I coefficienti V(a)i, il punteggio tecnico attribuito ad ogni sub criterio, ad ogni parametro di valutazione e il punteggio tecnico complessivo attribuito ad ogni concorrente ammesso, per ciascun singolo lotto, sono riportati nelle tabelle allegate (allegato 1) al presente verbale, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, recanti il riepilogo delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice nel rispetto dei criteri fissati dalla legge di gara.

* * *

Alle ore 19:10 la seduta è chiusa.

* * *

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico esemplare come segue:

Dott.ssa Nadia RUSSOLILLO – Presidente

Dott. Stefano D'ALESSANDRO – Commissario

Dott. Giorgio TURATI – Commissario

Dott.ssa Ivana REVERDITO – Segretario verbalizzante
