

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.

“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”

VERBALE

TERZA SEDUTA RISERVATA

02 febbraio 2021

GARA: Gara regionale centralizzata per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di Stent Coronarici Des con polimero riassorbibile e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3 comma 1 lett a) L.r. 19/2007 (102-2020)

* * *

L’anno duemilaventuno, il giorno due del mese di febbraio, alle ore 15:28 è presente, in seduta riservata svoltasi in modalità telematica a mezzo piattaforma Zoom, la Commissione giudicatrice nominata con disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 483 del 30/12/2020 così costituita:

- Dott. Innocenzo SCROCCA – DIRIGENTE MEDICO SC CARDIOLOGIA A.O ORDINE MAURIZIANO - quale Presidente della Commissione giudicatrice;
- Dott. Giacomo Giovanni BOCCUZZI – DIRIGENTE MEDICO SC CARDIOLOGIA EMODINAMICA ASL CITTA’ DI TORINO quale componente effettivo;

- Dott. Marco Giovanni MENNUNI - DIRIGENTE MEDICO
SCDU CARDIOLOGIA OSPEDALE MAGGIORE NOVARA -
quale componente effettivo.

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante la dott.ssa Marilina ARMENTANO Responsabile del procedimento e dipendente di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

* * *

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara in forma riservata e preliminarmente, la Commissione giudicatrice comunica che nel caso di richieste di chiarimenti il Responsabile del Procedimento sarà delegato alla firma delle comunicazioni ai concorrenti.

* * *

Il Segretario verbalizzante informa che sono pervenuti, a mezzo piattaforma Sintel, i chiarimenti richiesti alle società Advanced Medical Supplies e VIGLIA S.R.L. all'esito della seduta riservata tenutasi in data 26 gennaio 2021.

La Commissione a seguito di attenta analisi di quanto pervenuto comunica quanto segue:

- il concorrente Advanced Medical Supplies ha confermato il valore di crossing profile pari a 0,98 così come dichiarato nella documentazione tecnica ma ha altresì specificato che per uno Stent di diametro 3 mm il valore di crossing profile varia da 0,98 a 1,01 a seconda della lunghezza dello Stent. Per quanto detto la Commissione comunica che, ai fini dell'attribuzione del

punteggio tecnico, considererà quale valore di *crossing profile* la media tra 0,98 e 1,01.

- i concorrenti Advanced Medical Supplies e VIGLIA S.R.L. hanno dichiarato quale valore di Circular Side Branch Diameter il dato relativo al massimo diametro raggiungibile dalla cella e non al diametro del più grande cerchio che può essere inscritto all'interno di una cella dello stent quando lo stent viene posizionato a pressione nominale.

La Commissione giudicatrice, preso atto:

- della documentazione di gara che richiedeva che venissero indicate le dimensioni del diametro della cella espansa (Circular Side Branch Diameter), espresso in millimetri, dichiarato per il dispositivo con diametro 3mm espanso a pressione nominale;
- della risposta ai chiarimenti pubblicata dalla Stazione appaltante in data 5 ottobre 2020 nella parte in cui veniva confermato che la dicitura “Circular Side Branch Diameter” facesse riferimento al diametro del più grande cerchio che può essere inscritto all'interno di una cella dello stent quando lo stent viene posizionato a pressione nominale;
- dell'assenza del dato così come richiesto dalla Stazione appaltante nell'intera documentazione tecnica presentata

dai concorrenti;

comunica che ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, non sarà considerato il dato così come fornito dai suddetti concorrenti in quanto non inerente a quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara.

* * *

La Commissione giudicatrice, procede alla assegnazione dei punteggi tecnici così come previsto nella *lex specialis* di gara al paragrafo par.23.1.2. del Disciplinare di gara.

* * *

Con riferimento al criterio di valutazione "letteratura" la Commissione comunica che per i concorrenti che hanno presentato più di tre studi, così come specificato nella *lex specialis* di gara, sono stati valutati gli studi contrassegnati con i numeri 1-2-3.

* * *

I coefficienti $V(a)_i$, assegnati dai singoli commissari e il punteggio tecnico attribuito ad ogni concorrente sono riportati nelle tabelle allegate (allegato 1) al presente verbale, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, recanti il riepilogo delle valutazioni effettate dalla Commissione giudicatrice nel rispetto dei criteri fissati dalla legge di gara. Le medesime tabelle riportano, per ciascun singolo lotto, il punteggio tecnico complessivo assegnato dalla Commissione giudicatrice.

* * *

Alle ore 17:45 la Commissione termina i propri lavori e la seduta è chiusa.

* * *

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico esemplare come segue:

Dott. Innocenzo SCROCCA – Presidente

Dott. Giacomo Giovanni BOCCUZZI – Commissario

Dott. Marco Giovanni MENNUNI – Commissario

Dott.ssa Marilina ARMENTANO – Segretario verbalizzante

(firmato in originale)