

**Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.**

**“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”**

**VERBALE**

**SECONDA SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE**

**GIUDICATRICE**

**25 novembre 2020**

**GARA: PROCEDURA D'URGENZA PER ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LE TERAPIE INTENSIVE E SEMI-INTENSIVE, DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI, PER L'EMERGENZA COVID-19 PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lett a) L.R. 19/2007. LOTTI DA 1 A 16(Gara 136-2020) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: Euro 17.605.000,00 I.V.A. esclusa oneri della sicurezza non ribassabili pari a € 0**

\* \* \*

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 09:30 è presente, in collegamento da remoto, tramite collegamento di video conferenza, la Commissione Giudicatrice, nominata con Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 414 del 24 novembre 2020 avente la seguente composizione:

- Dott. Emilpaolo MANNO – Direttore DIRMEI – quale presidente della Commissione;

- Dott. Sergio LIVIGNI – Coord. Area Sanitaria Ospedaliera DIRMEI – quale componente effettivo;
- Ing. Piergiuseppe SAVANT LEVET– Direttore SS Ingegneria Clinica A.O. Mauriziano – quale componente effettivo;

É altresì presente la dott.ssa Ivana REVERDITO, in servizio presso la Direzione Appalti di SCR Piemonte S.p.A., la quale assume la funzione di Segretario verbalizzante.

\* \* \*

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara in forma riservata e preliminarmente, la Commissione giudicatrice comunica che nel caso di richieste di chiarimenti, il Responsabile del Procedimento sarà delegato alla firma delle comunicazioni ai concorrenti.

\* \* \*

La Commissione giudicatrice prosegue l'istruttoria preliminare sulle offerte tecniche seguendo l'ordine crescente di lotto ma riservandosi, se ritenuto opportuno, di proseguire altresì secondo un diverso ordine.

\* \* \*

Con riferimento al Lotto 3 **“SISTEMI DI MONITORAGGIO PAZIENTE PER TERAPIA INTENSIVA COMPOSTI DA N. 8 MONITOR PARAMETRI VITALI E DA N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO”** la Commissione giudicatrice procede all'esame della documentazione tecnica presentata da tutti i concorrenti partecipanti (3B SRL;GADOMED; GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A) e rileva quanto segue:

### 3B SRL

Dall'analisi della documentazione tecnica presentata dal concorrente relativamente al lotto 3 la Commissione giudicatrice rileva che lo stesso ha offerto un prodotto conforme alle prescrizioni del Capitolato tecnico.

### GADOMED

Dall'analisi della documentazione tecnica presentata dal concorrente relativamente al lotto 3 la Commissione giudicatrice rileva che lo stesso ha offerto un prodotto conforme alle prescrizioni del Capitolato tecnico.

### GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A

Dall'analisi della documentazione tecnica presentata dal concorrente relativamente al lotto 3 la Commissione giudicatrice rileva che lo stesso ha offerto un prodotto conforme alle prescrizioni del Capitolato tecnico.

\* \* \*

Con riferimento al Lotto 4 **“SISTEMI DI MONITORAGGIO PAZIENTE PER TERAPIA SUB- INTENSIVA COMPOSTI DA N. 8 MONITOR PARAMETRI VITALI E DA N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO”**la Commissione giudicatrice procede all'esame della documentazione tecnica presentata da tutti i concorrenti partecipanti (3B SRL; Burke & Burke S.p.A; Draeger Italia S.p.A; GADOMED; GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A; Progetti; VIGLIA S.R.L) e rileva quanto segue:

### 3B SRL

Dall'analisi della documentazione tecnica presentata dal concorrente relativamente al lotto 4 la Commissione giudicatrice rileva che lo stesso ha offerto un prodotto conforme alle prescrizioni del Capitolato tecnico.

Burke & Burke S.p.A

Dall'analisi della documentazione tecnica presentata dal concorrente relativamente al lotto 4 la Commissione giudicatrice rileva che lo stesso ha offerto un prodotto conforme alle prescrizioni del Capitolato tecnico.

Draeger Italia S.p.A

Dall'analisi della documentazione tecnica presentata dal concorrente relativamente al lotto 4 la Commissione giudicatrice rileva che lo stesso ha offerto un prodotto conforme alle prescrizioni del Capitolato tecnico.

GADOMED

Dall'analisi della documentazione tecnica presentata dal concorrente relativamente al lotto 4 la Commissione giudicatrice rileva che lo stesso ha offerto un prodotto conforme alle prescrizioni del Capitolato tecnico.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A

Dall'analisi della documentazione tecnica presentata dal concorrente relativamente al lotto 4 la Commissione giudicatrice rileva che lo stesso ha offerto un prodotto conforme alle prescrizioni del Capitolato tecnico.

Progetti

Dall'analisi della documentazione tecnica presentata dal concorrente relativamente al lotto 4 la Commissione giudicatrice rileva che in relazione al monitor parametri vitali il concorrente ha offerto un prodotto

*“Dotato di sistema di raffreddamento di tipo attivo con micro-ventola di tipo estrattivo”.*

La commissione giudicatrice rilevato che, per il lotto in parola, l'Allegato B) Caratteristiche tecniche al Capitolato tecnico all'art. 2 *“Descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali per apparecchiature e materiale dedicato”* nelle caratteristiche tecniche e funzionali minime del monitor parametri vitali (lotto 4 posizione a) prevede espressamente al punto 3 *“Dotato di sistema di raffreddamento di tipo passivo, cioè senza ventole di raffreddamento”* comunica che il prodotto offerto non è idoneo perché non risponde a tutte le specifiche tecniche richieste.

VIGLIA S.R.L

Dall'analisi della documentazione tecnica presentata dal concorrente relativamente al lotto 4 la Commissione giudicatrice rileva che lo stesso ha offerto un prodotto conforme alle prescrizioni del Capitolato tecnico.

\* \* \*

Alle ore 11:30 la seduta è sciolta e rinviata al giorno che verrà fissato dalla Commissione.

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico esemplare come segue:

Dott. Emilpaolo MANNO – *Presidente della Commissione*

---

Dott. Sergio Livigni – *Commissario*

---

Ing. Piergiuseppe Savant Levet – *Commissario*

---

Dott.ssa Ivana REVERDITO – *Segretario verbalizzante*

---

*(firmato in originale)*