

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.

“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”

VERBALE

QUARTA SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE

GIUDICATRICE

22 novembre 2021

**GARA: GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER LA
STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA
DI SUTURE CHIRURGICHE E LA PRESTAZIONE DI
SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO
SANITARIO DELLE REGIONI PIEMONTE, PUGLIA E
VALLE D’AOSTA. LOTTI DA 1 A 26 (GARA 27-2021)**

*** * ***

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di novembre, alle ore 14:50, presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 - Torino, nella sala riunioni – direzione amministrativa, è presente la Commissione giudicatrice nominata con determinazione del Direttore Appalti ad interim di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 146 del 6 ottobre 2021 così costituita:

- Dott. Roberto SARACCO – Dir. SC Chirurgia Generale – AIC 2, quale componente effettivo in qualità di Presidente;
- Dott. Antonio LA TERRA – Dirigente medico Chirurgia – AIC 1, quale componente effettivo;

- Dott. Andrea AGOSTINUCCI – SC Chirurgia Vascolare – AIC 2, quale componente effettivo;
- Dott. Guglielmo ACTIS DATO – Dirigente medico S.C. Cardiochirurgia – AIC 1, quale componente effettivo;
- Dott. Giuseppe SIBOUR – Responsabile SS Oculistica – AIC 2, quale componente effettivo.

* * *

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante la dott.ssa Ivana REVERDITO dipendente di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

* * *

Il Segretario verbalizzante informa i membri della Commissione giudicatrice che sono pervenuti, a mezzo piattaforma SINTEL, il chiarimento richiesto al concorrente JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. per il lotto 3 e il chiarimento richiesto al concorrente MEDTRONIC ITALIA S.P.A. per il lotto 5, all'esito della seduta riservata del 5 novembre 2021.

Il Segretario verbalizzate informa i membri della Commissione giudicatrice che il concorrente JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. ha trasmesso presso la sede di SCR la campionatura integrativa richiesta all'esito della seduta riservata del 12 novembre 2021.

La Commissione giudicatrice procede ad analizzare le risposte fornite. Con riferimento al **Lotto 3** la Commissione giudicatrice prende atto di quanto dichiarato dal Concorrente JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A., verifica il tempo completo di assorbimento del

prodotto offerto sul Foglietto Illustrativo (IFU) e dichiara che lo stesso ha offerto un prodotto conforme alle prescrizioni del Capitolato tecnico. Inoltre, la Commissione giudicatrice prende atto che il Concorrente ha correttamente trasmesso la campionatura integrativa richiesta.

Con riferimento al **Lotto 5** la Commissione giudicatrice prende atto della risposta al chiarimento richiesto al Concorrente MEDTRONIC ITALIA S.P.A. e comunica che in relazione al prodotto offerto e con riferimento alla voce A) il Concorrente ha offerto combinazioni di suture con aghi di lunghezza pari a 6,3 mm, 8,3 mm e 7,4 mm.

La Commissione giudicatrice rivelato che, per il lotto in parola, il Capitolato tecnico all'art 5.1.3 "SPECIFICHE TECNICHE DEL MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA" prevede quanto segue:

[...] Con riferimento a ciascun lotto, i prodotti devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara, le caratteristiche indicate nell'Allegato A) Tabella prodotti. [...];

La Commissione giudicatrice, rilevato che L'allegato A) Tabella prodotti, per il lotto in parola, alla voce A, in relazione alla caratteristica degli aghi presente nella colonna "LUNGHEZZA AGO (MM)" richiede "LUNGHEZZA DA 8 MM" comunica che il prodotto offerto non è idoneo perché non risponde a tutte le specifiche tecniche richieste.

* * *

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche e della campionatura, seguendo l'ordine crescente di lotto ma riservandosi di procedere con ordine differente, ai fini dell'assegnazione dei punteggi tecnici così come previsto nella *lex specialis* di gara al paragrafo par.23.1.2. del Disciplinare di gara.

* * *

La Commissione giudicatrice procede preliminarmente ad effettuare le valutazioni per i singoli parametri di valutazione "Qualità del filo", "Qualità dell'ago" e "Confezionamento" dei concorrenti partecipanti ai lotti 3-5-11-12-15-16-17.

La Commissione giudicatrice in relazione ai parametri di valutazione/sub criteri di valutazione "Punteggi tabellari" procede ad annotare il coefficiente in un file excel già preimpostato con le formule necessarie ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici. Inoltre, procede ad inserire, nel medesimo file, i coefficienti attribuiti singolarmente relativi ai parametri di valutazione/sub criteri di valutazione "Punteggi discrezionali".

La Commissione stabilisce che per il parametro di valutazione "Gamma di combinazioni" sarà preliminarmente analizzato da remoto da ciascun Commissario e valutato in successiva seduta riservata.

* * *

La Commissione giudicatrice, in relazione al lotto 14 procede preliminarmente ad effettuare le valutazioni per i singoli parametri di

valutazione “Qualità del filo” e “Qualità dell’ago” e per ogni parametro di valutazione/sub criterio di valutazione “Punteggi discrezionali” procede ad inserire i coefficienti attribuiti singolarmente in un file excel già preimpostato con le formule necessarie ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici.

In relazione al parametro di valutazione “Confezionamento” la Commissione giudicatrice dispone di richiedere a tutti i Concorrenti la seguente campionatura integrativa:

10 confezioni primarie in busta multifilo di una sutura “AGO TAPERCUT DOPPIO DA 26 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 2/0 USP CON PLEDGET”.

La Commissione stabilisce che per il parametro di valutazione “Gamma di combinazioni” sarà preliminarmente analizzato da remoto da ciascun Commissario e valutato in successiva seduta riservata.

* * *

Alle ore 18:20 la seduta è chiusa e aggiornata al giorno 6 dicembre 2021.

* * *

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico esemplare come segue:

Dott. Roberto SARACCO – Presidente

Dott. Antonio LA TERRA – Commissario

Dott. Andrea AGOSTINUCCI – Commissario

Dott. Guglielmo ACTIS DATO – Commissario

Dott. Giuseppe SIBOUR – Commissario

Dott.ssa Ivana REVERDITO – Segretario verbalizzante

Firmato in originale