

**Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.**

**“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”**

**VERBALE**

**OTTAVA SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE**

**GIUDICATRICE**

**23 novembre 2021**

**GARA: Gara regionale centralizzata per l’affidamento della fornitura di Stent coronarici e vascolari e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Lombardia (gara 33-2021)**

\* \* \*

L’anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di novembre, alle ore 11:00, è presente, in seduta riservata svoltasi in modalità telematica a mezzo piattaforma Zoom, la Commissione giudicatrice nominata con determinazione del Direttore Appalti *ad interim* di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 131 del 21 settembre 2021 così costituita:

- Dott. Mauro MASELLI – DIRIGENTE MEDICO SC CHIRURGIA VASCOLARE - ASL CITTA’ DI TORINO - quale Presidente della Commissione giudicatrice;
- Dott. Luca DI MAGGIO – DIRIGENTE S.C. RADIODIAGNOSTICA NEURORADIOLOGIA – ASL CITTA’ DI TORINO - quale componente effettivo;
- Dott. Alfonso GAMBINO - DIRIGENTE S.C. CARDIOLOGIA – ASL TO 5 - quale componente effettivo.

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante la dott.ssa Marilina ARMENTANO Responsabile del procedimento e dipendente di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

\* \* \*

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta di gara in forma riservata.

\* \* \*

Il Segretario verbalizzante informa i membri della Commissione giudicatrice che sono pervenuti, a mezzo piattaforma SINTEL, il chiarimento richiesto al concorrente BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. per il lotto 19 e le IFU richieste al concorrente SEDA S.P.A. per i lotti 18 e 19, all'esito della seduta riservata del 8 novembre 2021 nonché il chiarimento richiesto al concorrente B. BRAUN MILANO SPA per il lotto 7 ed al concorrente UMBRA MEDICAL ITALY SRL per il lotto 7 all'esito della seduta riservata del 15 novembre 2021.

Dopo attenta analisi della documentazione prodotta, la Commissione giudicatrice comunica quanto segue:

- il concorrente SEDA S.P.A., relativamente agli elementi richiamati nella suddetta seduta riservata, ha confermato l' idoneità dei prodotti offerti per i lotti 18 e 19, pertanto si conclude positivamente l'istruttoria di idoneità sugli stessi.
- il concorrente BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., in risposta ai chiarimenti richiesti per il lotto 19, ha trasmesso una relazione priva

di firma. Pertanto, la Commissione dispone di richiedere l'invio della relazione debitamente sottoscritta dal redattore, avendo cura di specificare altresì il titolo di tale soggetto. La Commissione richiede altresì di trasmettere ulteriore documentazione (studi, o relazioni firmate da esperti) attestanti l'equivalenza dei materiali Elgiloy e Nitinolo.

- posto che la presenza del sistema *antijump* era stato già dichiarato dal concorrente nel Modello D, la Commissione dispone di richiedere al concorrente B. BRAUN MILANO SPA l'invio della Scheda tecnica aggiornata nonché la campionatura di un pezzo del dispositivo offerto per il lotto 7.

- la Commissione giudicatrice dispone di richiedere la campionatura di un pezzo del dispositivo offerto dal concorrente UMBRA MEDICAL ITALY SRL per il lotto 7 e richiede altresì di trasmettere un video dimostrativo al fine di comprendere le funzionalità del dispositivo di rilascio macrometrico Single Hand.

\* \* \*

La Commissione giudicatrice, seguendo l'ordine crescente di lotto ma riservandosi di procedere con ordine differente, procede a verificare i dati forniti, per i singoli parametri di valutazione quantitativi/tabellari, dai concorrenti partecipanti ai lotti 2 e 9.

\* \* \*

La Commissione giudicatrice, al fine della corretta attribuzione dei punteggi, dispone di richiedere i seguenti chiarimenti:

SANITEX:

La Commissione segnala che il concorrente ha dichiarato le dimensioni dell'ENTRY PROFILE e del CROSSING PROFILE del prodotto offerto per il lotto 2, in unità di misura differente rispetto a quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara pertanto dispone di richiedere al concorrente di comunicare entrambe le dimensioni nell'unità di misura micron.

VIGLIA S.R.L.:

Con riferimento al valore relativo al CIRCULAR SIDE BRANCH AREA, la Commissione richiede di specificare lo stesso si riferisca al “valore relativo al il diametro del più grande cerchio che può essere inscritto all'interno di una cella dello stent quando lo stent viene posizionato a Pressione Nominale” in quanto il dato dichiarato per il prodotto offerto per il lotto 2, risulta essere eccessivamente elevato e parrebbe riferirsi al massimo diametro raggiungibile dalla cella. La Commissione richiede inoltre di specificare in quale parte della documentazione tecnica presentata sia rinvenibile il valore così come richiesto dalla *lex specialis* di gara.

\* \* \*

Alle ore 12:31 la seduta è chiusa e aggiornata al giorno 29 novembre 2021.

\* \* \*

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico esemplare come segue:

Dott. Mauro MASELLI – Presidente

---

Dott. Luca DI MAGGIO – Commissario

---

Dott. Alfonso GAMBINO – Commissario

---

Dott.ssa Marilina ARMENTANO – Segretario verbalizzante

---

*(firmato in originale)*